Vor der Verwendung des Produkts ist diese Anleitung sorgfältig zu lesen. Die Anleitung enthält wichtige Informationen für die sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts sowie Hinweise zur Wartung und Reinigung. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu ernsthaften Komplikationen führen. Die Anleitung sollte an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

SCHUTZHÜLLE
WASSERDICHT – ATMUNGSAKTIV

ZWECK DES PRODUKTS
Der wasserdichte und atmungsaktive Matratzenbezug schützt die Matratze vor dem Eindringen von Körperflüssigkeiten, Schmutz, Viren, Bakterien usw., während er gleichzeitig dampfdurchlässig bleibt. Er wird während der Behandlung, Rekonvaleszenz oder Rehabilitation sowie bei dauerhaft immobilisierten Patienten verwendet.

KONTRAINDIKATIONEN
Nicht verwenden, wenn die Größe des Bezugs nicht zur Matratze passt.
Nicht zweckentfremdet verwenden.
Nicht in der Nähe von offenem Feuer oder auf heißen Oberflächen verwenden. Dies kann zu schweren Verletzungen und gesundheitlichen Schäden führen.

SICHERHEITSHINWEISE
Die Haut an den Kontaktstellen sollte sauber sein. Der Hautzustand des Patienten muss regelmäßig überprüft werden. Keine scharfen Gegenstände oder Geräte verwenden, die den Bezug beschädigen könnten. Hohe Hygiene des Bezugs ist zu gewährleisten: reinigen oder waschen.

REINIGUNG UND PFLEGE
Der Bezug kann mit einem milden Waschmittel bei bis zu 90 °C gewaschen werden. Der Bezug kann bei bis zu 120 °C sterilisiert werden. Eine Desinfektion mit einer Alkohol-Lösung bis zu 60 % ist möglich. Keine Bleichmittel oder chemischen Reinigungsmittel verwenden.
Nicht chemisch reinigen. Keine chlorhaltigen Mittel verwenden.
Flach liegend trocknen. Starke Verschmutzung des Produkts ist zu vermeiden.

AUSPACKEN UND MONTAGE
Nach Erhalt vorsichtig auspacken, um den Bezug nicht zu beschädigen.
Der Bezug muss zur Matratze passen, um seine Funktion vollständig zu erfüllen.

REKLAMATIONSBEDINGUNGEN:
Reklamationen gelten nur für versteckte Mängel, die durch Herstellerfehler entstanden sind. Das reklamierte Produkt muss den im Handel üblichen Hygieneanforderungen entsprechen.

NICHT REKLAMATIONSBERECHTIGT:
Mechanische Schäden (Abnutzung, Risse) Schäden durch natürlichen Gebrauch. Schäden durch falsche Matratzen- oder Bettgrößenwahl
Mängel infolge unsachgemäßer Anwendung, Reinigung oder Pflege
Verfärbungen des Bezugs Benutzerkomfort

ENTSORGUNG
Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, muss es entsorgt werden. Vor der Entsorgung ist es zu reinigen, um ein Kontaminationsrisiko auszuschließen.

Sollten während der Nutzung unerwünschte Wirkungen auftreten, sind diese dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Nutzer oder Patient ansässig ist.

Bescheinigung der Konformitätsbewertung des Produkts mit den Anforderungen der EU-Vorschriften CE	Hersteller	Gebrauchsanweisung beachten	Achtung!
Medizinprodukt MD	Chargennummer LOT	Eindeutige Geräteidentifikation (UDI) UDI	Verwendbar bis
Zulässige Lagertemperatur 5°C 35°C	Trocken lagern	Vor Sonnenlicht schützen	Verpackung ist recycelbar
Verpackung im Abfall entsorgen			

HERSTELLER

MED-MAT Przemysław Cesarz
ul. Kochcicka 16/1
42-700 Lubliniec

Korrespondenzadresse
ul. Opolska 77
47-300 Krapkowice

tel: 507 470 141
e-mail: biuro@med-mat.pl

Der Hersteller verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem gemäß ISO 13485.

Letzte Aktualisierung der Anleitung
03.2024

Anleitungssymbol
01/2023

GRÖSSE

Länge in cm	
Breite in cm	
Höhe in cm	

BASIC UDI-DI 5906142341MATTRESSCOVER2Z